

**ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa jednorazowych probówek polistyrenowych, pipet i koreczków

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Sarstedt Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice cena netto 4 240,00 + VAT = 5 215,20 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe LIMARCO Lidia Zajkowska ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo cena netto 6 290,00 + VAT = 6 793,20 zł brutto.
2. Sarstedt Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice cena netto 4 240,00 + VAT = 5 215,20 zł brutto.
3. Medlab Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn cena netto 4 280,00 + VAT = 4 622,40 zł brutto

Oferta Nr 3 Medlab Products Sp. z o.o. została odrzucona, ponieważ z dostarczonych próbek, wynika, że pozycja nr 2 – jednorazowa pipeta Pasteur'a z integralnym balonikiem nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Sprawdzając pipetki w rutynowej pracy z zawiesinami o różnej gęstości stwierdzono trudności w trakcie nabierania krwinek z próbki pierwotnej po odwirowaniu (gęstej). Próbki pacjentów dostarczane do laboratorium pobierane są na skrzep do probówek zawierających szklane kuleczki jako aktywator wykrzepiania. Z tego typu próbek pipetą odciągana jest surowica, a z gęstych krwinek robiona jest zawiesina w 0,9% NaCL oraz bezpośrednio z próbki macierzystej 3 krople krwinek badane są z odczynnikami monoklonalnymi. Ze względu na zbyt miękkie ścianki balonika pipetki, zdarza się, że wytworzone podciśnienie jest zbyt słabe żeby wciągnąć zawiesinę gęstych krwinek.

W związku z powyższym ww. pipetki nie spełniają wymagań i oczekiwań Zamawiającego.

Dziękujemy za złożenie oferty.


DYREKTOR
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
Jerzy Piwowarczyk