

Kołobrzeg, dnia 14 marca 2016 r.

WYJAŚNIENIA

dotyczy: zapytanie ofertowe na: zakup aparatury medycznej przeznaczonej dla Oddziału Okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w Kołobrzegu

1. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 1 Synoptofor

Czy zamawiający dopuści również synoptofor o parametrach wymienionych poniżej:

- Zakres regulacji odległości między źrenicami 45-75 mm
- Zakres regulacji nadczołka 25 mm z góry na dół oraz 40 mm z przodu do tyłu
- Zakres regulacji pozycji slajdów obrót wokół osi optycznej okularów o +/-20°, przemieszczanie slajdów wokół osi optycznej w górę i dół o 10°
- Duży wybór slajdów 20 par w różnych perspektywach
- Powiększenie 1,65x pole widzenia 56mm
- Szczotki Haidingera i generator błysków światła
- Światła dla ciemni LED
- Oświetlenie slajdów i szczotek Haidingera LED
- Regulacja położenia lewego i prawego okularu wokół osi pionowej w kierunku zbieżnym do 50°, w kierunku rozbieżnym do 40°, wokół osi poziomej +/-30°
- System optyczny wyposażony w lustra połowiczne umożliwiające obiektywną obserwację oka i odbicie światła przez rogówkę
- Zakres regulacji podbródka w zakresie 75-125 mm
- Możliwość wyboru metody automatycznych błysków światła 1/4 cyklu nie świeci, 1/2 świeci 1/2 cyklu jest ciemna 3/4 cyklu świeci s przez 1/4 cyklu nie świeci
- Zakres regulacji kierunku i prędkości obrotowej figury Haidingera od 50 do 100 obrotów na minutę
- Stolik jezdny z regulacją wysokości, kółka wyposażone w blokadę
- Błat stolika z szufladą na slajdy

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza synoptofor o ww. parametrach.

2. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 2 Autorefraktometru pediatrycznego

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 2 autorefraktometr o parametrach wymienionych poniżej:

- Pomiar refrakcji automatyczny
- Automatyczne wykrycie rozmiaru źrenicy w zakresie 4- 7 mm
- Automatyczne wykrycie PD w zakresie 30 – 120 mm
- Oś cylindra 1- 180°
- Autorefraktometr z opcją Wifi oraz pomiarem zeza
- Wyświetlacz 3,5"
- Wymiary: 165x130x98mm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza autorefraktometr o ww. parametrach.

3. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 4

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 4 stereotest typu mucha lub motyl?

Odp. Tak.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

4. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 5

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 5 kasetę o parametrach wymienionych poniżej:

- 158 szkieł
- Sfery $\pm 0.25 D$ do $\pm 12.00 D$
- Cylindry: $\pm 0.25 D$ do $\pm 4.00 D$
- Pryzmaty: 4 sztuki (0.5, 1.0, 2.0, 3.0)
- Akcesoria: 6 sztuk (w tym cylinder skrzyżowany)

Odp. Zamawiający wymaga:

- sfery do $\pm 18.00 D$

- cylindry do $\pm 5.00 D$

- pryzmaty do 8.0 po 2 sztuki,

pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 6

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 6 oprawki o parametrach wymienionych poniżej:

- Zakres PD: 48-80mm
- Skala regulacji na oko lewe i prawe: od 24-40mm
- Skala kątowna na oko prawe: 60° do 45° na lewe 120° - 135°
- Wewnętrzna średnica szkła: 32,5mm
- Cztery uchwyty na szkła próbne
- Waga: 80g

Odp. Tak.

6. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 7

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 7 oftalmoskop/ skiaskop o parametrach wymienionych poniżej:

- Główka oftalmoskopu
- Optyka szklana, żarówka w technologii ksenonowo-halogenowej,
- Okienko wzierne wgłębione i pokryte wielowarstwowo dla usunięcia promieni świetlnych z otoczenia ,
- Układ optyczny zamontowany na metalowej ramie , dokładność obrazu, trwałość.
- Ergonomiczny kształt urządzenia, 7 przesłon z niezależnym filtrem beczcerwiennym dla każdej przesłony.
- Szeroki zakres soczewek, ostrość nawet przy wysokich wadach refrakcji.
- Zakres od - 36D do + 38D
- główka skiaskopu
- rękojeść akumulatorowa
- etui twarde
- zapasowa żarówka
- ładowarka

Odp. Tak.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

7. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 9

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 9 listwy do skiaskopii o parametrach wymienionych poniżej:

- linijka z wzrastającą mocą plusową i minusową
- Zakres soczewek: 0,5 D do 15,00 D
- etui ochronne
- Lusterka 2 sztuki

Odp. Tak.

8. Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert na każdy sprzęt osobno? Dopuszczenie do składania ofert osobno na poszczególne urządzenia spowoduje zwiększenie liczby oferentów a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności.

Odp. Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w całości, ponieważ zamówione urządzenia mają tworzyć jeden zestaw, który będzie wykorzystywany podczas badań profilaktycznych przeprowadzanych poza terenem szpitala.

9. Pytanie:

W związku z tym, że oferowane przez nas urządzenie jest dopiero od paru miesięcy sprzedawane w Polsce czy możliwe jest przedstawienie dostaw i referencji na dostawy innego sprzętu okulistycznego z ostatnich trzech lat na kwotę brutto powyżej 1 miliona złotych?

Odp. Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji na dostawę innego sprzętu okulistycznego z ostatnich trzech lat na kwotę brutto powyżej 1 miliona złotych.

10. Pytanie:

pozycja nr 1 – synoptofor, pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści kąt konwergencji i odchylenia 50 stopni, 100 (delta)

Odp. TAK

11. Pytanie:

pozycja nr 1 – synoptofor, pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści poziomą regulacji podbródka wynoszącą 45 mm

Odp. TAK

12. Pytanie:

pozycja nr 5 – kasety szkieł próbnych, pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści kasetę z zakresem szkieł sferycznych ze szklami: +, - : 10, 11, 12, 13, 16 i 20 – pozostałe w tym punkcie zgodnie z wymogiem?

Odp. TAK

13. Pytanie:

pozycja nr 5 – kasety szkieł próbnych, pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści kasetę z zakresem szkieł cylindrycznych +, - 0.25D do +, - 2.50D w krokach co 0.25D?

Odp. TAK

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

14. Pytanie:

pozycja nr 5 – kasety szkieł próbnych, pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści kasetę z zakresem szkieł przyzmatycznych: ½, -1/2, 1, 1, 2, 3, 4, 6?

Odp. NIE Ma być też 8 i po 2 sztuki

15. Pytanie:

pozycja nr 9 – listwy do skiaskopii z lusterkami, pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści zakres:

- od -0.5 do -4 oraz od +0.5 do 4 w krokach co 0.5

- od -5 do -10 oraz od +5 do +10 w krokach co 1.0

- dodatkowo: -10, -12, -15 oraz +10, +12, +15.

Odp. TAK.

16. Pytanie:

. pozycja nr 9 – listwy do skiaskopii z lusterkami, pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści listwy bez lusterek?

Odp. Nie, 2 lusterka.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
Tomasz Szymański

Kierownik
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Monika Derwisz

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Grzegorz Sosna