

Kołobrzeg, dnia 12 kwietnia 2016 r.

WYJAŚNIENIA

dotyczy: zapytanie ofertowe na: zakup aparatury medycznej przeznaczonej dla Oddziału Okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w Kołobrzegu

1. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 1 Synoptofor

Czy zamawiający dopuści również synoptofor o parametrach wymienionych poniżej:

- Możliwość wyboru metody automatycznych błysków światła 1/4 cyklu nie świeci, 1/2 świeci, 1/2 cyklu jest ciemna 3/4 cyklu świeci przez 1/4 cyklu nie świeci
- Zakres regulacji pozycji slajdów obrót wokół osi optycznej okularów o +/-20°, przemieszczanie slajdów wokół osi optycznej w górę i dół o 10°
- Regulacja położenia lewego i prawego okularu wokół osi pionowej w kierunku zbieżnym do 50°, w kierunku rozbieżnym do 40°, wokół osi poziomej +/-30°
- Zakres regulacji odległości między źrenicami 45-75 mm
- Zakres regulacji podbródka w zakresie 75-125 mm
- Światła dla ciemni LED
- Oświetlenie slajdów i szczotek Haidingera LED
- Zakres regulacji nadczołka 25 mm z góry na dół oraz 40 mm z przodu do tyłu
- Zakres regulacji pozycji slajdów obrót wokół osi optycznej okularów o +/-20°, przemieszczanie slajdów wokół osi optycznej w górę i dół o 10°
- Powiększenie 1,65x pole widzenia 56mm
- Szczotki Haidingera i generator błysków światła
- Światła dla ciemni LED
- Oświetlenie slajdów i szczotek Haidingera LED
- Regulacja położenia lewego i prawego okularu wokół osi pionowej w kierunku zbieżnym do 50°, w kierunku rozbieżnym do 40°, wokół osi poziomej +/-30°
- System optyczny wyposażony w lustra połowiczne umożliwiające obiektywną obserwację oka i odbicie światła przez rogówkę
- Zakres regulacji podbródka w zakresie 75-125 mm
- Możliwość wyboru metody automatycznych błysków światła 1/4 cyklu nie świeci, 1/2 świeci 1/2 cyklu jest ciemna 3/4 cyklu świeci s przez 1/4 cyklu nie świeci
- Zakres regulacji kierunku i prędkości obrotowej figury Haidingera od 50 do 100 obrotów na minutę
- Stolik jezdny z regulacją wysokości, kółka wyposażone w blokadę
- Błat stolika z szufladą na slajdy

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza synoptofor o ww. parametrach.

2. Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 2 autorefraktometr o parametrach wymienionych poniżej:

- Pomiar refrakcji automatyczny
- Sfera -5/ +5D z krokiem 0,25D
- Cylinder -5/+5 D
- Fiksator audiowizualny
- Automatyczne wykycie rozmiaru źrenicy w zakres 4- 7 mm
- Automatyczne wykycie PD w zakresie 30 – 120 mm

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

- Oś cylindra 1- 180°
- Autorefraktometr z opcją Wifi oraz pomiarem zeza
- Wyświetlacz 3,5"
- Wymiary: 165x130x98mm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza autorefraktometr o ww. parametrach.

3. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 4

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 4 stereotest typu mucha lub motyl?

Odp. Tak.

4. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 5

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 5 kasetę o parametrach wymienionych poniżej:

- 260 szkieł
- Sfery ± 0.25 D do ± 20.00 D
- Cylindry: ± 0.25 D do ± 6.00 D
- Pryzmaty: 12 sztuki
- Akcesoria: 14 sztuk (w tym 2 cylindry skrzyżowane)

Odp. Zamawiający wymaga:

- sfery do ± 18.00 D

- cylindry do ± 5.00 D

- pryzmaty do 8.0 po 2 sztuki,

pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 6

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 6 oprawki o parametrach wymienionych poniżej:

- Zakres PD: 48-80mm
- Skala regulacji na oko lewe i prawe: od 24-40mm
- Skala kątowna na oko prawe: 60° do 45° na lewe 120°-135°
- Wewnętrzna średnica szkła: 32,5mm
- Cztery uchwyty na szkła próbne
- Waga: 80g

Odp. Tak.

6. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 7

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 7 oftalmoskop/ skioskop o parametrach wymienionych poniżej:

- Główna oftalmoskopu
- Optyka szklana, żarówka w technologii ksenonowo-halogenowej,
- Okienko wizerne wgłębione i pokryte wielowarstwowo dla usunięcia promieni świetlnych z otoczenia ,
- Układ optyczny zamontowany na metalowej ramie , dokładność obrazu, trwałość.
- Ergonomiczny kształt urządzenia, 7 przesłon z niezależnym filtrem bezczerwieniowym dla każdej przesłony.
- Szeroki zakres soczewek, ostrość nawet przy wysokich wadach refrakcji.
- Szczelny system optyczny
- Zakres od - 36D do + 38D
- główka skioskopu
- rękojeść akumulatorowa

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

- etui twarde
- zapasowa żarówka
- ładowarka

Odp. Tak.

7. Pytanie: Dotyczy pozycji nr 9

Czy zamawiający dopuści również w pozycji nr 9 listwy do skioskopi o parametrach wymienionych poniżej:

- linijka z wzrastającą mocą plusową i minusową
- Zakres soczewek: 0,5 D do 15,00 D
- etui ochronne
- Lusterka 2 sztuki

Odp. Tak.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
Yernat Szymański

SPECJALISTA
ds. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Izabela Kulekowska

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Grzegorz Sosna
Grzegorz Sosna

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31-33
tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982

NIP: 671-10-30-263
REGON: 000311496
KRS: 0000006438

Internet:
e-mail: sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl
www.szpital.kolobrzeg.pl