

Kołobrzeg, dnia 26 lipca 2017 r.

Uczestnicy postępowania

## **ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty**

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zostały odrzucone następujące oferty:

### **Zadanie nr 5**

Oferta Nr 14 - Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

Oferta Nr 7 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

### **Zadanie nr 9A**

Oferta Nr 12 - Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard Szczeciński

### **Zadanie nr 13**

Oferta Nr 9 - Paso-Trading Sp. z o.o. ul. Lutomińska 480, 95-200 Pabianice

Oferta Nr 19 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

### **Zadanie nr 14**

Oferta Nr 4 - Blakpol Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 9, 42-200 Częstochowa

### **Zadanie nr 23**

Oferta Nr 20 - Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

### **Zadanie nr 29**

Oferta Nr 12 - Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard Szczeciński

### **Zadanie nr 30**

Oferta Nr 14 - Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

### **Zadanie nr 31**

Oferta Nr 10 - Black & White Sp. z o.o. ul. Pelikanów 2D/14, 05-500 Piaseczno

Oferta Nr 20 - Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

## **UZASADNIENIE**

### **Zadanie nr 5**

Oferta Nr 14 - Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice – brak próbek do oceny jakości. Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający wymagał dostarczenia wraz z ofertą próbek, które podlegały ocenie jakości.

Oferta Nr 7 – TZMO zaoferowane obłożenie jest dwuwarstwowe natomiast zamawiający wymagał 3-warstwowego.

### **Zadanie nr 9A**

Oferta Nr 12 - Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard Szczeciński – brak próbek do oceny jakości. Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający wymagał dostarczenia wraz z ofertą próbek, które podlegały ocenie jakości.

### **Zadanie nr 13**

Oferta Nr 9 - Paso-Trading Sp. z o.o. ul. Lutomińska 480, 95-200 Pabianice – niezgodny rozmiar – inny zapis a próbka inny rozmiar niż w dokumentach. Brak wskaźnika sterylizacji,

który był wymagany w SIWZ.

Oferta Nr 19 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice – brak kierunku otwarcia. Brak wskaźnika sterylizacji, który był wymagany w SIWZ.

#### **Zadanie nr 14**

Oferta Nr 4 - Blakpol Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 9, 42-200 Częstochowa – poz. 7 opatrunki oczne są z włókniny, natomiast zamawiający wymagał zaoferowania wyrobu ze 100% bawełny.

#### **Zadanie nr 23**

Oferta Nr 20 - Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin – Niezgodności w dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia, tj:

1. Rejestracja wyrobu medycznego – Deklaracja zgodności:

1) Str. 67-70 – formularz dla podmiotów – Urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych / wykaz wyrobów objętych powiadomieniem – fartuchy medyczne (MF-1AAXL-W, MF-1AXL-W, MF-1A-W)

2) Niezgodny z kodem dla fartuchów medycznych ze strony 66 (fartuch medyczny G1, G-1A, GH-2)

3) Fartuchy proponowane w tabeli str. 4 – G-1A

2. CE Technical File (plik danych technicznych tylko po angielsku – mówi o wyrobach koloru białego, a zaoferowane fartuchy (próbki) są koloru zielonego.

3. Karta wyrobu nr G-1A gramatura włókniny polipropylenowej 20g/m<sup>2</sup> (str. 65)

4. Deklaracja zgodności”

1) Angielska wersja zał (str. 73) – G-1A: Szlafrok medyczny 20g jasnozielone dzianiny

2) Tłumaczenie na polski (str. 57) włóknina PP-30g/m<sup>2</sup>, koloru niebieskiego.

#### **Zadanie nr 29**

Oferta Nr 12 - Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard Szczeciński – brak próbek do oceny jakości. Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający wymagał dostarczenia wraz z ofertą próbek, które podlegały ocenie jakości.

#### **Zadanie nr 30**

Oferta Nr 14 - Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice – dostarczona próbka nie pasuje do posiadanego ramienia C. Brak możliwości nałożenia osłony na ramię.

#### **Zadanie nr 31**

Oferta Nr 10 - Black & White Sp. z o.o. ul. Pelikanów 2D/14, 05-500 Piaseczno – Próbki dostarczone po terminie, tj. w dniu 26.05.2017 r. godz. 12:40. Próbki służą ocenie jakości, a więc należy ofertę odrzucić.

Oferta Nr 20 - Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin – opakowanie próbki niezgodne z opisem w dostarczonych dokumentach wyrobu. Próbka opakowana w opakowanie foliowe, natomiast na str. 80 i 83 oferty sposób pakowania produktu – pojedyncza sztuka zabezpieczona osłoną tekturową. Brak potwierdzenia, że ostrze jest pokryte teflonem.

W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. ("zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3"), należało odrzucić ww. oferty.

**DYREKTOR**  
Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu  
*Tomasz Szymański*