

Kołobrzeg, dnia 22 czerwca 2017 r.

**Uczestnicy postępowania**

**ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę unitu laryngologicznego i diatermii elektrochirurgicznej**

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w tym postępowaniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

**Zadanie nr 1**

**MEDAG Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Sp. J. ul. Uznańskiego 2A, 50-570 Wrocław – cena 83 499,12 zł brutto**

**Zadanie nr 2**

**ERBE Polska Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14/2.8, 02-972 Warszawa – cena 16 423,83 zł brutto**

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium: cena – 60%, parametry techniczne – 40%.

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą.

<b>Nr oferty</b>	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy</b>	<b>Cena oferty</b>	<b>Ocena punktowa wg kryterium określonych w SIWZ</b>
1	ERBE Polska Sp. z o.o.z o.o.Al. Rzeczypospolitej 14/2.8 02-972 Warszawa	Zadanie nr 2 16 423,83 zł brutto	Cena 60 pkt. Parametry techniczne 40 pkt. RAZEM 100 pkt.
2	HEBU Medical Sp. z o.o. ul. Zakrzewska 10 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Zadanie nr 2 13 667,40 zł brutto	Oferta odrzucona
3	MEDAG Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Sp.J. ul. Uznańskiego 2A 50-570 Wrocław	Zadanie nr 1 83 499,12 zł brutto	Cena 60 pkt. Parametry techniczne 40 pkt. RAZEM 100 pkt.

# Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Uzasadnienie wyboru:

## Zadanie nr 1

Wykonawca MEDAG Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Sp. J. ul. Uznańskiego 2A, 50-570 Wrocław jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## Zadanie nr 2

Wykonawca ERBE Polska Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14/2.8, 02-972 Warszawa jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Druga oferta złożona w postępowaniu została odrzucona.

Umowa z wybranymi Wykonawcami może być zawarta po dniu 27.06.2017 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta HEBU Medical Polska Sp. z o.o. ul. Zakrzewska 10, Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne.  
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
  - 1) w załączniku nr 1 poz. 4 – Zamawiający wymagał regulacji parametru mocy z krokiem co 1W w całym zakresie regulacji, natomiast w ofercie zaoferowano regulację z krokiem co 1W do 25W, do 100W regulacja z krokiem co 5 W. Wobec powyższego parametr zaoferowany jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.
  - 2) w załączniku nr 1 poz. 6 – Zamawiający wymagał uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. W ofercie zaoferowano uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm oraz jednopinowymi typu Martin oraz trzypinowych. Wobec powyższego parametr zaoferowany jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.
  - 3) w załączniku nr 1 AKCESORIA poz. 5 – Zamawiający wymagał wielorazowej elektrody monopolarnej wkłuciowej zagiętej śr. 08x12mm, dł. 190 mm, natomiast w ofercie zaoferowano wielorazową elektrodę monopolarną wkłuciową zagiętą śr. 1,0x15mm, dł. 16 cm. Wobec powyższego parametr zaoferowany jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

DYREKTOR  
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  
Tomasz Szyński