

Kołobrzeg, dnia 22 września 2017 r.

Uczestnicy postępowania

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę jednorazowych rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zostały odrzucone następujące oferty:

Zadanie nr 2

Oferta Nr 3 - Skamex Sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Zadanie nr 5

Oferta Nr 1 - ABOOK Sp. z o.o. ul. Wrzostowska 22, 04-985 Warszawa

UZASADNIENIE

Zadanie nr 2

Oferta Nr 3 - Skamex Sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź – Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał, aby rękawice ortopedyczne posiadały anatomiczny kształt. Z dostarczonych próbek stwierdzono, że zaoferowane rękawice powodują zbyt duży ucisk w okolicy nadgarstków, gdzie w przypadku anatomicznego kształtu rękawica powinna dopasować się do dłoni nie powodując takiego dyskomfortu. Ponadto zaoferowane rękawice stwarzają niebezpieczeństwo podczas przeprowadzenia zabiegów, ponieważ przy mokrej rękawicy dochodzi do łatwiejszego przyklejania się do nich gazików znajdujących się w polu operacyjnym. Dochodzi także do sytuacji wyslizgiwania się narzędzi z rąk w trakcie wykonywania zabiegów podczas stosowania zaoferowanych rękawic.

Zadanie nr 5

Oferta Nr 1 - ABOOK Sp. z o.o. ul. Wrzostowska 22, 04-985 Warszawa – numer rękawicy podany tylko na 3 ściankach, natomiast Zamawiający w opisie wymagał na 5 ściankach. Niezgodne z SIWZ.

W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. ("*zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3*"), należało odrzucić ww. oferty.

.....
DYREKTOR
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
Tomasz Szymański