

Wyjaśnienia

do Konkursu ofert ogłoszonego dnia 21.11.2017 r.

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz

Regionalnego Szpitala ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

Wyjaśnienia nr 1

1. Zwracamy się z prośbą o dodatkową pozycję w formularzu cenowym - wycenę dotyczącą badania wirtualnej kolonoskopii

Odp. Nie. Zapisy warunków konkursu pozostają bez zmian w tym zakresie.

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi - ile badań wirtualnej kolonoskopii rocznie jest wykonywanych?

Odp. Średnio 3 w miesiącu.

3. Ile badań będzie wysyłanych do opisu do teleradiologii w ciągu miesiąca?

Odp. Szacunkowe ilości zostały podane w załączniku nr 2 – formularzu cenowym.

4. Zwracamy się z prośbą aby badania wirtualnej kolonoskopii były opisywane w systemie teleradiologii w ciągu 7 dni od momentu przesłania do teleradiologii?

Odp. Nie. Zapisy warunków konkursu pozostają bez zmian w tym zakresie.

5. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu opisu badania CITO do 2h.

Odp. Nie. Zapisy warunków konkursu pozostają bez zmian w tym zakresie.

6. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu opisu badania onkologicznego CITO do 24 h.

Odp. Nie. Zapisy warunków konkursu pozostają bez zmian w tym zakresie.

7. Pytanie - Dot. schematu komunikacji systemów informatycznych (załącznik nr 7).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dokona odpowiedniej zmiany w opisie, aby system Orion wraz ze zleceniem HL7 wysyłał również obrazy do system TELE z serwera PACS-AGFA (system Orion wysyła polecenie c-move do serwera AGFA) lub badania były wysyłane przez personel szpitala ręcznie z systemu PACS-AGFA do systemu TELE. Wykonawca nie ma możliwości pobierania obrazów z serwera PACS-AGFA (c-move).

Odp. Nie. Zapisy warunków konkursu pozostają bez zmian w tym zakresie.

8. Dot. parametrów technicznych (załącznik nr 6).

a) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu parametru nr 3 tj. zwrotne przesyłanie rekonstrukcji w standardzie DICOM.

Odp. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, obrazy zapisane w postaci elektronicznej, które są częścią dokumentacji medycznej, przekazywane i archiwizowane są w standardzie DICOM zgodnym z normą ISO 12052 (Dz. U. nr 51, poz. 265, rodz.1, par.3, ust.6).

b) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu parametru nr 7 tj. wysyłanie szyfrowanych wiadomości email.

Odp. Nie. Zapisy warunków konkursu pozostają bez zmian w tym zakresie.

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. med. *Halina Olech*