



REGIONALNY SZPITAL  
w KOŁOBRZEGU

Kołobrzeg, dnia 14 maja 2019 r.

EP/4/2019/

**Wykonawcy**

### INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY SPROSTOWANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego oraz innych wyrobów medycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Zamawiający na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert zawiadamia, że:

W zadaniu nr 7 – Oferta nr 1 **SKAMEX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź**

W zadaniu nr 7 – Oferta nr 5 **Blue-Box Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 1/17, 15-419 Białystok**

W zadaniu nr 7 – Oferta nr 16 **Neomed Polska Sp. z o.o. Sp.K., Szymanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria** zostały odrzucone na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### UZASADNIENIE


Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W zadaniu nr 7 – Oferta nr **SKAMEX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź** - Zgodnie z SIWZ w zadaniu 7 poz. 1 Zamawiający wymagał, aby oferowany produkt był w opakowaniu jednostkowym zawierającym: datę produkcji, datę przydatności do użycia, wytwórcę, kraj pochodzenia.

Firma **SKAMEX Sp. z o.o. Sp.K.** – złożyła próbki do oceny, które nie posiadają fabrycznego opakowania z wyżej wymienionymi informacjami, tj. datę produkcji, datę przydatności do użycia, wytwórcę, kraj pochodzenia, co oznacza, że oferta jest nie zgodna z SIWZ.

W zadaniu nr 7 – Oferta nr 5 **Blue-Box Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 1/17, 15-419 Białystok** - Zgodnie z 4 Firma **Blue-Box Sp. z o.o.** – złożyła próbki do oceny, które nie mają daty produkcji, co oznacza, że oferta jest nie zgodna z SIWZ.

Firma **Blue-Box Sp. z o.o.** – zaoferowała produkt, w którym folia znajduje się pomiędzy warstwami włókniny i nie jest to spodnia pełnobarierowa teksturowana folia polietylenowa, zabezpieczająca przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, co oznacza, że oferta jest niezgodna z SIWZ. Zamawiający dokładnie wymagał w zadaniu nr 7 poz. 1 cyt.: „Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodrożynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, **zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.**” Nie jest więc prawdą, że na etapie oceny ofert Zamawiający wprowadził dodatkowe wymagania. Wszystkie wymagania, jakie miały spełniać produkty, były określone w SIWZ i znane Wykonawcom od momentu ogłoszenia postępowania przetargowego. Postępowanie było przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji



REGIONALNY SZPITAL  
w KOŁOBRZEGU

i równego traktowania Wykonawców. Zamawiający dokonał oceny produktu oferowanego przez firmę Blue-Box Sp. z o.o. (opis wymaganego produktu – załącznik nr 1 zadanie 7 pozycja 1) i stwierdził w rzeczywistości, wbrew Państwu deklaracjom, że oferowana serweta ślizga się po powierzchni i jest to niebezpieczne dla pacjenta.

Zaoferowany produkt nie spełnia wymogów SIWZ i oferta Blue-Box Sp. z o.o. podlega odrzuceniu.

W zadaniu nr 7 – Oferta nr 16 **Neomed Polska Sp. z o.o. Sp.K., Szymanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria** - Zgodnie z SIWZ Zamawiający do oceny jakościowej żądał zamkniętego katalogu dokumentów, które zostały wymienione w Załączniku nr 1 „*Dokumentem podlegającym ocenie będą: Certyfikaty, deklaracje zgodności oraz badania potwierdzające oczekiwane parametry, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Oświadczenia producentów i/lub dystrybutorów nie będą traktowane jako potwierdzenie deklarowanego parametru.*”

Firma **Neomed Polska Sp. z o.o. Sp.K.** przedstawiła dokument – Świadectwo z badań - potwierdzający tylko chłonność oferowanego produktu. Deklaracja zgodności WE (str.10) znajdująca się na powyższej liście, nie stanowi jednak żadnej z ocenianych cech. Natomiast dokumenty na str. 19 i 20 oferty stanowią jedynie karty katalogowe, nie podpisane przez producenta, które nie odwołują się do żadnych obowiązujących norm. Dokumenty są wymagane do oceny jakościowej oferty. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych dokumentów, co oznacza, że oferta jest nie zgodna z SIWZ.

**Z poważaniem**

p.o. Dyrektora  
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  
mgr Małgorzata Grzybicka