

L.dz.RS/EP/09/2020

Kołobrzeg, 16 marca 2020 r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia**

Dotyczy pakietu nr 2 - Czy Zamawiający dopuści kontenery o następujących parametrach.

Pozostałe parametry zgodne z opisem

Pkt 2 i 3 – aluminiowa wanna kontenera, bez szwów, dno gładkie. Zgodnie ze zdjęciem poniżej




Odp. Wanna kontenera, bezzwowa, wykonana z aluminium

Pkt. 7 - Pokrywy kontenera (wewnętrzna i zabezpieczająca) wykonane z aluminium

Odp. Pokrywy kontenera (wewnętrzna i zabezpieczająca) wykonane ze stali lub aluminium

Pkt. 8 - Pokrywę zewnętrzną kontenera o charakterze i ułożeniu jak na załączonym schemacie



Odp. Pokrywa zewnętrzna kontenera niewystająca poza obrys wanny kontenera bez perforacji i otworów

Pkt. 12 - Uchwyty kontenera wykonane ze stali nierdzewnej, bez użycia tworzyw sztucznych.

Zamki kontenera wykonane z aluminium

Odp. Uchwyty i zamknięcia kontenera wykonane ze stali nierdzewnej, bez użycia tworzyw sztucznych lub pokryte silikonem. Zatrzaski mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

dotyczy zadania nr 2 – Kontenery do sterylizacji

Czy Zamawiający wymaga aby kontenery do sterylizacji były wyrobem medycznym, posiadającym zgłoszenie / powiadomienie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odp. Tak.

dotyczy zadania nr 2 – Kontenery do sterylizacji - pkt 7 tabeli opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści pokrywę zewnętrzną wykonaną z aluminium?

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Dyrektor
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
mgr Małgorzata Grubecka