



REGIONALNY SZPITAL  
w KOŁOBRZEGU

Kołobrzeg, 25 stycznia 2022 r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dot. dostawy głowicy liniowej do aparatu usg.

### Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

1. Uprzejmie proszę o podanie seria i numer (S/N) oraz roku produkcji aparatu USG Hitachi Aloka Arietta V70, przy którym ma pracować zamawiana przez Państwa głowica liniowa.

**Odp. Oferowana głowica musi być kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pięcioma aparatami USG typ Arietta 850SE oraz Arietta V70A wyprodukowanymi w latach 2020, 2018.**

**Głowica nie może być wyprodukowana wcześniej niż w 2021 roku.**

2. Wymagane parametry techniczne. Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji na sprzedaż oraz serwis oferowanej głowicy producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu ultrasonograficznego?

**Odp. Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta na okres użytkowania głowicy nie mniejszy niż 10 lat, zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

W załączeniu Zamawiający przekazuje modyfikację załącznika nr 3 – zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

  
mgr Małgorzata Grubecka  
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  
Dyrektor