



REGIONALNY SZPITAL
w KOŁOBRZEGU

Kołobrzeg, dnia 24.08.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu***

1. Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, polipropylenowy, jednowłóknowy bez katalogowego określenia „charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu”?

Odp.: Zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

2. Dot. Zadania nr 1, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów zapytania ofertowego.

3. Dot. Zadania nr 1, poz. 1, 2; Zadania 2, poz. 1-3

W związku z rozbieżnością między kolumną liczba igieł „1” a kolumną rodzaj igły „podwójna” zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga szwu z igłą pojedynczą czy podwójną?

Odp. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 2 w tym zakresie.

4. Zadanie 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Odp.: Zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

5. Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą 3/8 koła szpatułkową o długości 6,4mm bez katalogowego określenia „z mikroostrzem”?


Odp.: Zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

6. Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 1 i 2 – ponieważ w kolumnie „Liczba igieł” widnieje zapis: „1”, a w kolumnie „ Rodzaj igły” – zapis „podwójna” – wskazujący na szew z dwoma igłami.

Odp.: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 2 w tym zakresie.

7. Czy w Zadaniu nr 1 pozycja 1 Zamawiający dopuści szew 10/0 z dwoma igłami, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.: Zamawiający dokonał także stosownej modyfikacji Załącznika nr 2 w tym zakresie.



REGIONALNY SZPITAL
w KOŁOBRZEGU

8. Czy w Zadaniu nr 1 pozycja 2 Zamawiający dopuści szew 9/0 o dł. 30 cm z dwoma igłami, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.: Zamawiający dokonał także stosownej modyfikacji Załącznika nr 2 w tym zakresie.

9. Czy w Zadaniu nr 1 pozycja 3 Zamawiający dopuści szew 6/0 z jedną igłą o dł. 11mm, typu szpatułka, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp.: Zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

10. Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Zadania nr 1 pozycję 5 do odrębnego Zadania?

Odp.: Zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
mgr Krzysztof Sylwesiuk