

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Uczestnicy postępowania

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa paneli nadłóżkowych do Sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Przedmiot umowy

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników. Oferowane panele są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych paneli przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odp. Zamawiający informuje, że rezygnuje z przeszkolenia załogi z obsługi paneli.

Umowa § 7 ust. 4

1. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy § 7 ust. 4. Zamawiający poprzez zapis narusza równowagę stron zawieranej umowy. Termin płatności jest wiążący, w przypadku jego naruszenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian w tym zakresie.

Umowa § 8 ust. 1 pkt a)

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy do wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian w tym zakresie.

Umowa § 8 ust. 1 pkt c)

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji do wysokości 0,1 % wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian w tym zakresie.

Przedmiot umowy

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, w którym kanał dolny z gniazdami elektrycznymi będzie odchylony od płaszczyzny ściany o kąt 45°.

Odp. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza alternatywnych rozwiązań.

Przedmiot umowy

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, w którym kanał dolny z gniazdami elektrycznymi będzie równoległy do płaszczyzny ściany.

Odp. Zamawiający informuje, że panel należy dostarczyć zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot umowy

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka przesuwnego z rurą o średnicy Ø38 mm. Pragniemy zauważyć, iż proponowane rozwiązanie wpływa znacząco na stabilność wózka i jego udźwig.

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza wózek przesuwny z rurą o średnicy Ø38 mm.

Przedmiot umowy

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka przesuwnego z dwiema rurami o średnicy Ø38 mm. Pragniemy zauważyć, iż proponowane rozwiązanie wpływa znacząco na stabilność wózka i jego udźwig.

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza wózek przesuwny z rurą o średnicy Ø38 mm.

Dyrektor
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
mgr Małgorzata Grubecka