

Kołobrzeg, 16.11.2023 r.

## Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

### Uczestnicy postępowania

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego oraz Bloku Operacyjnego Otolaryngologii Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.**

Zadanie nr 2 - DOSTAWA optyk 2 sztuki dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2.

1. Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej w pozycji nr 2, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia optyki o kącie patrzenia 30 stopni ?

**Odp. Tak. Nastąpiła omyłka pisarska. Powinno być 30 stopni a nie 0. Modyfikacja załącznika w tym zakresie.**

2. Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu gwarancji zapewnienia części zamiennych do 7 lat.

**Odp. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.**

Dyrektor  
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  
mgr Małgorzata Grubecka