



REGIONALNY SZPITAL
w KOŁOBRZEGU

Kołobrzeg, dnia 04 sierpnia 2025 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dzierżawę generatora prądu o częstotliwości radiowej wraz z dostawą osprzętu jednorazowego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu”.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zadane pytania, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr.1 do punktów w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego „Formularz cenowy + parametry”:

Prosimy o dopuszczenie generatora RF o następujących parametrach pkt. 1-18:

Generator o częstotliwości pracy 460.8kHz

System ablacji RF z możliwością rozszerzenia do chłodzonej ablacji RF tzw. "Cooled RF"

Moc generatora 80W

Niezależna kontrola kanałów

Min. 4 niezależne kanały

Tryby pracy RF: Pulsacyjny, Standard, Chłodzony "Cooled", Bipolar

Możliwość nastaw: temperatury, czasu

Możliwość podłączenia do generatora pompy

Dotykowy ekran

Zakres stymulacji napięcia: 0.00 - 10V z inkrementacją 0.01V

Zakres stymulacji prądu: 0.00 - 10mA z inkrementacją 0.01mA

Zakres zastosowania terapeutycznego:

- Bark
- Kolano
- Biodro
- kręgosłup szyjny
- kręgosłup piersiowy
- kręgosłup lędźwiowy
- staw krzyżowo-biodrowy
- intradyskalna biakuplastyka

Stymulacja sensoryczna 50Hz

oraz prosimy o dopuszczenie materiałów zużywalnych w pkt. 1-18 „końcówki robocze, kaniule do oferowanego aparatu”:

- Kaniula prosta, zakrzywiona 100mm, 20G, 22G ilość zgodna z zapytaniem ofertowym.

- Kaniula prosta, zakrzywiona 145mm, 20G, 22G ilość zgodne z zapytaniem ofertowym.

Odp. Zapisy zapytania pozostają bez zmian.

Pytanie nr.2 do punktów w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego „Formularz cenowy + parametry”:

W zapytaniu ofertowym zamawiający nie wymienił wymogu dostarczenia wielorazowych elektrod do kaniul. Czy związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wielorazowe elektrody w ramach dzierżawy urządzenia, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości elektrod wielorazowych wymaganych w okresie dzierżawy urządzenia.

Odp. Wskazany asortyment nie jest przedmiotem zapytania.

Pytanie nr. 3 do punktów w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego „Formularz cenowy + parametry”:



REGIONALNY SZPITAL
w KOŁOBRZEGU

W zapytaniu ofertowym zamawiający nie określił ilości elektrod uziemiających które są niezbędne do przeprowadzenia zabiegu w trybie monopolarnym. Prosimy o doprecyzowanie ilości jednorazowych elektrody uziemiających z kablem oraz modyfikację załącznika formularza cenowego.

Odp. Wskazany asortyment nie jest przedmiotem zapytania.

Pytanie nr. 4 do punktów w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego „Formularz cenowy + parametry”:
Czy zamawiający wymaga, aby oferowany aparat RFA posiadał funkcjonalność możliwość rozszerzenia o tzw. ablację chłodzoną RF „Cooled RF” zapewniającą znacznie większy obszar denerwacji w porównaniu z konwencjonalnym RFA?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są dla Wykonawców wiążące.

do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy