



REGIONALNY SZPITAL
w KOŁOBRZEGU

Kołobrzeg, 17.10.2025 r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do warunków konkursu

Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych tj.: **usługi w zakresie opisu badań Tomografu Komputerowego oraz RTG w systemie teleradiologicznym**

1. Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na skrócenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy lub na waloryzację cen po 12 miesiącach jej obowiązywania w wysokości 15%? Ze względu na brak przewidywalności wysokości wynagrodzeń, poziomu inflacji i pozostałych czynników cenotwórczych, nie ma możliwości zagwarantowania stałości cen powyżej okresu 12 miesięcy.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

2. Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na zdalne wdrożenie integracji DICOM z PACS lub dostawcą aparatu? Wdrożenie DICOM obejmuje udostępnienie przez Przyjmującego zamówienie systemu informatycznego, dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, której interfejs użytkownika pozwala na:

- skierowania przesłanego badania do opisu z dołączonymi danymi ze skierowania/skanem skierowania,
- przesłania wewnętrznej notatki/komentarza do badania umożliwiając komunikację technika z lekarzem radiologiem oraz koordynatorem teleradiologii,
- możliwość odbioru podpisanego cyfrowo opisu badania w formie pliku pdf,
- wgląd w czasie rzeczywistym z poziomu interfejsu użytkownika przynajmniej do podstawowych danych dotyczących przebiegu zlecenia w systemie (przydzielenie do lekarza, zmiany lekarza przydzielonego do badania, odrzucenie badania z opisu itp.) z dokładnością minimum do hh:mm:ss,
- funkcjonalność dołączenia badania porównawczego z nośnika zewnętrznego np. płyta CD/DVD.

Dostęp do obrazów badań zarówno przez personel Udzielającego zamówienia oraz personel Przyjmującego zamówienie będzie realizowany tylko i wyłącznie przez tunel VPN o kluczu szyfrującym minimum 2048 bit.

Przyjmujący zamówienie oświadcza również, iż system informatyczny wykorzystywany przez Niego jest zgodny z Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i umożliwia dostarczanie opisów badań w formie elektronicznej wraz z podpisem cyfrowym, bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

3. Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na wydłużenie czasu opisu badań CITO do 2 godzin i pilnych do 48 godzin.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

4. Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na rezygnację z Załącznika nr 4, gdyż wszystkie stacje opisowe wykorzystywane przez lekarzy zatrudnionych u Oferenta spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2023 r. Dz. U. Poz. 195. W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, w zakresie wymagań dot. opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej (Zał. nr 1 do Rozporządzenia). Monitory na których dokonywane są opisy podlegają okresowym testom specjalistycznym co 12 miesięcy i



REGIONALNY SZPITAL
w KOŁOBRZEGU

podstawowym w każdym dniu użytkowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. Dz. U. Poz. 2759 w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a ich oryginały znajdują się w miejscu wykonywania świadczeń.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

5. Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na modyfikację Zał. nr 5 do Umowy i usunięcie kolumny cena, gdyż ceny za wydane opisy badań są widoczne na fakturze w pdf, a zestawienie ilościowo-jakościowe dostępne jest w pliku Excel.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

6. Czy Udzielający zamówienie zrezygnuje z zapisów zawartych w §2., Ust. 2 Umowy, gdyż opisy badań są dostępne 24/7/365 dni z poziomu systemu Przyjmującego zamówienie.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

7. Czy Udzielający zamówienia dokona korekty omyłki pisarskiej zawartej w §9, Ust. 1 Wzoru umowy dot. badań rezonansu magnetycznego.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

8. Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na uszczegółowienie przypadków w których może naliczyć kary umowne wskazane w §14, Ust. 1 Wzoru umowy oraz zgodzi się na zmianę wysokości kar z 1000,00 zł za każde naruszenie do wartości 100,00 zł.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

9. Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na zmianę zapisów zawartych w §14, Ust. 3 Wzoru umowy, które przyjmą następujące brzmienie:

„łączna maksymalna wartość kar umownych nie przekroczy 20% wartości faktury wystawionej za miesiąc kalendarzowy którego kary dotyczą”

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

10. Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na dodanie zapisu do Umowy o możliwości jej rozwiązania za oświadczeniem stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
mgr Krzysztof Sylwesiuk